## **ARMOIRES LABORATOIRE -20°C**

LGPv 6530 - 597 L Porte pleine



#### LES PLUS PRODUITS




Froid ventilé haute performance avec double ventilation à flux d'air canalisé.



Passage de cuve Ø 30mm pour caractérisation/qualification sur site, positionné sur le coté droit à 1/3 du haut.



Passage de cuve Ø 15mm pour sonde GTC (Gestion Température Centralisée) PT100 ou numérique.



Chaque appareil est livré avec sa cartographie de contrôle et réglage 9 points. Caractérisation effectuée d'après la norme FD X15-140 en température d'air pour une ambiance de 22°C

#### CONSTRUCTION\_

- Refroidissement ventilé-25°C ± 5°C
- Dégivrage et évaporation des condensats automatique par gaz chaud
- Groupe frigorifique compact placé au dessus de la cuve pour un volume de chargement optimal
- Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion
- Cuve en acier inox AISI 304 avec angles arrondis
- Isolation polyuréthane haute densité épaisseur 83mm
- Évacuation des eaux de nettoyage en fond de cuve
- Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
- Arrêt de ventilation à l'ouverture de porte
- Rappel de porte automatique
- Équipée de 4 roulettes Ø100 mm dont 2 avec freins
- Équipée de 4 grilles acier plastifié (510x650 mm), charge max 60kg, règlables en hauteur par pas de 27 mm

### RÉGULATION -

- Régulation électronique avec affichage & réglage par pas de 1°C
- Verrouillage du clavier sécurisé par code PIN
- Alarme température haute/basse visuelle et sonore (seuils réglables)
- Alarme ouverture de porte visuelle et sonore
- Alarme coupure de courant visuelle et sonore (via batterie avec autonomie de 72 heures)
- Contact libre de potentiel (NO/NF) pour le raccordement à un système de contrôle à distance
- Sauvegarde des 3 dernières alarmes de température avec indication de la date de l'heure et de la durée
- Sauvegarde des 3 dernières coupures de courant avec indication de la date de l'heure et de la durée
- Sauvegarde de la température mini et maxi
- Connexion sérielle RS 485 pour traçabilité température et alarmes centralisée sur PC (via interface & logiciel en accessoire)

#### ACCESSOIRES\_

- Glissières en U gauche/droite
- Grille acier plastifié (lxp) 510x650 mm
- Tiroir aluminium téléscopique ou PVC (13 maximum)
- Interface connexion RS485 + logiciel traçabilité
- Enregistreur mobile EJ 32 IN

#### OPTIONS\_


- OP 481 : alarme + traçabilité autonome intégré dans le bandeau
- OP 141: enregistreur à disques 7 jours intégré dans le bandeau



# RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

# LIEBHER **(**) \*\*

## ERGONOMIE \_\_\_\_\_



- Largeur réduite 700 mm
- Possibilité d'installation dans un angle (pas de débord de porte)

- Porte pleine réversible avec serrure
  Rappel automatique à 45°, stable à 90°
  Poignée intégrée sur toute la hauteur de la porte

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

	LGPv 6530
Volume brut/utile (l.)	597/520
Homogénéité de la température <sup>1</sup>	- 25°C ± 5°C
Plage de réglage de la température	- 5° à - 35°C
Résolution & réglage	1°C
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique gaz chaud
Evaporateur	batterie
Condenseur	batterie fil ventilé (avec filtre)
Fluide	R-290
Alimentation 230 V - 50 Hz (W)	600
Consommation électrique (kWh/24h)	3,74
Dégagement calorifique (W/h)	600
Classe climatique	5 (+ 40°C)
Niveau sonore (dBA)	60
Equipement	
Туре	grilles acier plastifié
Nb / dimensions (lxpxh) (mm)	4 / 510x650
Nb max / hauteur de réglage (mm)	24/27
Charge admissible par grille (kg)	60
Charge admissible par appareil (kg)	240
Dimensions / Poids	
Appareil (lxpxh) (mm)	700x830x2150
Hauteur sans roulettes	2000
Cuve (lxpxh) (mm)	520x700x1550
Emballé (lxpxh) (mm)	745x875x2220
Poids brut/net (kg)	170/144

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> appareil tête de série qualifié selon FD X15-140 - en température d'air pour une ambiance 22°C.

Limite de responsabilité : ni le fabricant ni le vendeur ne peuvent être tenus pour responsables des dommages occasionnés par un dysfonctionnement de l'appareil, si celui-ci n'est pas raccordé à un système de surveillance à distance ou si ce système est inopérent.

12/18 (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)

